ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.13.000.М.000521.11.22 от 14.11.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация стоматологов Санкт-Петербурга", Санкт-Петербург, улица Ильюшина д.2 лит.А пом.18Н(Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация стоматологов Санкт-Петербурга", 197772, г.Санкт-Петербург, улица Ильюшина дом 2 литер А, помещение 18Н(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу № 78-00-11/170-1112-2022 от 01.10.2022 года

Заключение действительно до 14.11.2027 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Башкетова Наталия Семеновна

№3473263

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 78.01.13.000.М.000521.11.22 от 14.11.2022 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

1. Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация стоматологов Санкт-Петербурга", Санкт-Петербург, улица Ильюшина д.2 лит.А пом.18Н
   ИНН 7839455530 ОГРН 1178476456 40
2. ФИО руководителя: генеральный директор Ямов Леонид Владимирович, тел. 407-16-09
3. Министерство, ведомство: нет
4. Вышестоящая организация: нет
5. Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгенодиагностический стоматологический кабинет
6. Ограничительные условия: эксплуатация аппарата допускается только при наличии системы радиовизиографии. Рабочая нагрузка рентгеновского аппарата не должна превышать 40 (мА х мин)/нед. В соответствии с п.3.2.7. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" - допустимая мощность дозы (ДМД) рентгеновского излучения в пределах помещений, в которых проводятся рентгеновские исследования не должна превышать 0,3 мкГр/ч.

Место проведения работ: 1 этаж, рентгенодиагностический стоматологический кабинет
Вид источника: генерирующий
Тип источника: рентгеновский дентальный аппарат с системой радиовизиографии
Марка аппарата: "eXpert DC"
Фирма, завод-изготовитель: "Джендекс Дентал Системс", США
Заводской номер: 1003800
Год выпуска: 2012
Год ввода в эксплуатацию: 2012
Вид работ: рентгенография

Отнюкова И.М., 328-05-22

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Башкетова Наталия Семёновна